ECE–R 118–7

ECE–R 118 Anhang 7



ANWENDUNG

Prüfung des Schmelzverhaltens von Materialien der Innenausstattung von Kraftfahrzeugen.

PRINZIP

Eine Probe wird in waagerechter Lage unter einem elektrischen Heizkörper platziert. Unter der Probe befindet sich ein Behälter, der die entstehenden Tropfen auffangen soll. Der Behälter ist mit Watte ausgelegt, damit festgestellt werden kann, ob sich ein Tropfen entzündet.

FEATURES

Elektronische Heizkörperregelung und Messwerterfassung

BESTANDTEILE

Prüfgerät ECE-R 118 Anhang 7
Infrarotstrahler 500 W mit Linearführung
Wärmestromsensor Typ Schmidt-Boelter, 0-10 W/cm²
Steuergerät
Probenhalter mit mechanischer Linearverfahrung
Notebook
Software:

- ECE-R 118 Anhang 7
- MCC DAQ
- Windows 10

Betriebsanleitung

ABMESSUNGEN

Breite x Tiefe x Höhe: 608 x 657 x 460 mm *
Gewicht: ca. 30 kg*

BETRIEBSMITTEL

Strom 230 VAC 50/60 Hz, ca. 500 VA
Wasser

VOM KUNDEN ZUSÄTZLICH ZU STELLEN

Abwasseranschluss, Waschbecken ausreichend

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Elektrischer Radiator mit Flüssigkeitskühlung zur Wärmestromsensorkühlung. (Macht einen Wasser- und Abwasseranschluss unnötig)



* Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Maße abweichen. © 04/2023

DR. - ING. GEORG WAZAU Mess- + Prüfsysteme GmbH Keplerstraße 12 D-10589 Berlin Deutschland
Internet: www.wazau.com E-Mail: vertrieb@wazau.com Telefon +49-30-344-30-88/89 Fax +49-30-344-1976